# CARTA DE TRAZABILIDAD
# MPC006 JUEGO DE PESAS RICE LAKE CLASE F

## NIST

| Instrumento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto |
| Valor nominal: | 20g | 10g | 5g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg |
| Identificación: | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q |
| Calibrado: | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 |
| Vence: | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 |
| Certificado de NIST: | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 |
| Trazabilidad a: | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST |
| Propiedad de Rice lake | | | | Propiedad de Rice lake | Propiedad de Rice lake | Propiedad de Rice lake | Propiedad de Rice lake | Propiedad de Rice lake |

| Instrumento | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción: | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto |
| Valor nominal: | 2g | 2g | 1g | 500mg | 200mg | 200mg | 100mg | 50mg |
| Identificación: | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q | L595Q |
| Calibrado: | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 |
| Vence: | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 |
| Certificado de NIST: | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 |
| Trazabilidad a: | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST | NIST |

| Instrumento | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Peso Muerto | Peso Muerto | Peso Muerto |
| Valor nominal: | 20mg | 10mg | 5mg |
| Identificación: | L595Q | L595Q | L595Q |
| Calibrado: | 5/11/2009 | 5/11/2009 | 5/11/2009 |
| Vence: | 8/11/2009 | 8/11/2009 | 8/11/2009 |
| Certificado de NIST: | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 | 822/272801-06 822/274081-06 |
| Trazabilidad a: | NIST | NIST | NIST |
| Propiedad de Rice lake | | | |

**Trazabilidad externa**

| Descripción: | Juego de Pesos Muertos | PESO MUERTO 50g | PESO MUERTO 100g | PESO MUERTO 200g | PESO MUERTO 500g | PESO MUERTO 1kg | PESO MUERTO 2kg | PESO MUERTO 5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | MPC088 | MPC089 | MPC090 | MPC091 | MPC092 | MPC093 | MPC094 | MPC095 |
| Marca: | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake |
| Modelo: | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 |
| Serie: | 0DOV | 0DOU | 0DOT | 0DOS | 0DOR | 0DOQ | 0DOL | 0DOK |
| Alcance: | 1 mg - 20 g | 50 g | 100 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 2 kg | 5 kg |
| Incertidumbre: | 0,012mg | 0,023 mg | 0,055 mg | 0,053 mg | 0,072 mg | 0,12 mg | 0,38 mg | 0,78 mg |
| Calibrado por: | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake | Rice lake |
| No. de informe: | 1513949A | 1513949B | 1513949C | 1513949D | 1513949E | 1513949F | 1513949G | 1513949H |
| Calibración: | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-27 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-21 | 2009-05-21 |
| Vencimiento: | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-27 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-21 | 2012-05-21 |
| | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA | Propiedad de MyPSA |

| Descripción: | Juego de Pesas |
|---|---|
| Clave: | MPC006 |
| Marca: | Rice lake |
| Modelo: | Clase F |
| Serie: | R489 |
| Alcance e Incertidumbre: | 10mg, ±0,07mg; 20mg, ±0,09mg; 50mg, ±0,12mg; 200mg, ±0,18mg; 500mg, ±0,24mg; 1g, ±0,30mg; 2g, ±0,37mg; 5g, ±0,50mg; 10g, ±0,67mg; 20g, ±1,33mg; 50g, ±3,3mg; 100g, ±6,7mg; 200g, ±13,3mg; 500g, ±23mg; 1000g, ±33mg; 2000g, ±67mg; 5000g ±167mg; |
| Calibrado por: | Mypsa |
| No. de informe: | 20092472 |
| Calibración: | 2009-06-01 |
| Vencimiento: | 2010-06-01 |
| | Propiedad de MyPSA |

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Fecha: 2009-06-02

Autorizo: E. Ricaud

Forma: FMP-156-MPC006