

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC009 BLOQUES PATRÓN MITUTOYO 516-422-22**

NIST

Descripción:
Identificación:
Reporte No.:
Calibrado:
Vence:
Trazabilidad a:

Instrumento	
Edmunds 2020 Gageblock Comparator T9	Mitutoyo Master Gr 1 Gage Blk Set @
E952	E540
1000487176	07-54993-A
10/10/2007	10/8/2007
10/8/2007	10/8/2008
NIST	NIST
Propiedad de ESSCO	

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de Bloques Patrón		
MPC032		
Mitutoyo		
516-901-12		
0008603		
0,050in - 4,00in		
2,9 μ in		
ESSCO	Calibración:	Vencimiento:
1000512455	2008-04-07	2011-04-07
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de Bloques Patrón		
MPC009		
Mitutoyo		
516-422-22 BE4-36-2F/A		
9907400		
0,05 in - 4,00 in		
$\pm 3,7 \mu$ in		
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
20081046	2008-04-25	2010-04-25
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Manuel Vega

Autorizo: E. Ricaud

Fecha: 2008-04-30

Forma: FMP-156-MPC009

