

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC016 MANÓMETRO DE COLUMNA DE LIQUIDO DWYER 1430**

CENAM

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

| Instrumento |
|----------------------------------------|
| Manómetro de columna de liquido |
| PDI.PT.04 |
| Dwyer |
| 1430M |
| (0 a 50) mm c.a. |
| ± 0,005% ET |
| CENAM |
| CNM-CC-720-023/2007 |
| Propiedad de SICAMET |

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

| Manómetro de columna de liquido |
|---------------------------------------------|
| MPC016 |
| Dwyer |
| 1430 |
| S501 |
| 0 - 2" de agua |
| ± 0,0125% de escala completa |
| SICAMET Calibración: Vencimiento: |
| ICP.920.07 2007-08-07 2009-08-07 |
| Propiedad de MyPSA |

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Autorizo: E. Ricaud

Fecha: 2007-08-11

Forma: FMP-156-MPC016