

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC023 INDUCTOR ESTANDAR GR 1482L**

NIST



INSTRUMENTO	
RLC Digibridge	
Modelo:	1689M
Serie:	01-0807
Calibrado por:	Davis calibration
No. de informe:	2267780
Calibración:	5/16/2007
Vence:	5/16/2008
Trazabilidad a:	NIST
Propiedad de Davis Calibration	

Descripción:
Marca:
Modelo:
Serie:
Calibrado por:
No. de informe:
Calibración:
Vence:
Trazabilidad a:

Trazabilidad externa



Inductor Estandar		
Clave:	MPC023	
Marca:	General Radio	
Modelo:	1482L	
Serie:	14625	
Alcance:	100 mH	
Incertidumbre:	± 0,1 %	
Calibrado por:	Davis Calibration	Calibración:
No. de informe:	2267780	2008-04-29
		Vencimiento:
		2010-04-29
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:



INSTRUMENTO A CALIBRAR