

**CARTA DE TRAZABILIDAD  
MPC025 BLOQUES PATRÓN grado B F.S. MITUTOYO 516-904**

**NIST**

Descripción:  
Identificación:  
Reporte No.:  
Calibrado:  
Vence:  
Trazabilidad a:

Instrumento	
<b>Edmunds 2020 Gageblock Comparator T9</b>	<b>Mitutoyo Master Gr 1 Gage Blk Set @</b>
E952	E540
1000487176	07-54993-A
10/10/2007	10/8/2007
10/8/2007	10/8/2008
NIST	NIST
Propiedad de ESSCO	

**Trazabilidad externa**

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de Bloques Patrón		
MPC032		
Mitutoyo		
516-901-12		
0008603		
0,050in - 4,00in		
2,9 $\mu$ in		
ESSCO	Calibración:	Vencimiento:
1000512455	2008-04-07	2011-04-07
Propiedad de MyPSA		

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de Bloques Patrón grado B F.S.		
MPC025		
Mitutoyo		
516-904		
791653		
0,050in - 4,00in		
$\pm 3,7 \mu$ in		
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
20081048	2008-04-26	2010-04-26
Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

*Manuel Vega*

*E. Ricaud*