

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC039 BLOQUES PATRÓN grado 2 F.S. MITUTOYO 980-195

NIST

Descripción:
 Identificación:
 Reporte No.:
 Calibrado:
 Vence:
 Trazabilidad a:

Instrumento	
Edmunds 2020 Gageblock Comparator T9	Mitutoyo Master Gr 1 Gage Blk Set @
E952	E540
1000487176	07-54993-A
10/10/2007	10/8/2007
10/8/2007	10/8/2008
NIST	NIST
Propiedad de ESSCO	

Trazabilidad externa

Descripción:
 Clave:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 Alcance:
 Incertidumbre:
 Calibrado por:
 No. de informe:

Juego de Bloques Patrón		
MPC032		
Mitutoyo		
516-901-12		
0008603		
0,050in - 4,00in		
2,9 μ in		
ESSCO	Calibración:	Vencimiento:
1000512455	2008-04-07	2011-04-07
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
 Clave:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 Alcance:
 Incertidumbre:
 Calibrado por:
 No. de informe:

Juego de Bloques Patrón		
MPC039		
Brown & Sharpe		
980-195		
N/A		
0,105in - 1,00in		
$\pm 3,7 \mu$ in		
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
20081049	2008-04-26	2010-04-26
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega *Manuel Vega*

Autorizo: E. Ricaud
[Signature]

Fecha: 2008-04-30

Forma: FMP-156-MPC039