

**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**MPC034 BLOQUES PATRÓN MITUTOYO 614208-241 & 614223-24**

**NIST**

Descripción:  
 Identificación:  
 Manufacturado por:  
 Vence:  
 Trazabilidad a:

Instrumento		
<b>Gage Block Set, Long</b>	<b>Comparator, Gage Bloc, 24"</b>	<b>Thermometer, System</b>
S1-01336	S1-01689	S1-03443
Starrett	Federal	Instrulab
3/19/2009	2/14/2009	10/4/2008
NIST	NIST	NIST
Propiedad de Edison ESI		

**Trazabilidad externa**

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

Bloques Patrón		
MPC034		
Mitutoyo		
614208-241 & 614223-24		
99125 & 98104		
8" & 12"		
6.58 $\mu$ in - 7.14 $\mu$ in		
Edison ESI	Calibración:	Vencimiento:
553226	2008-06-03	2011-06-03
Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

*Marie Vega*

