

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC036 TERMOMETRO DE RESISTENCIA DE PLATINO HS 5614-B**

NIST

Descripción:

Marca:

Modelo:

Serie:

Calibrado por:

No. de informe:

Calibración:

Vence:

Trazabilidad a:

Instrumento		
Fixed Point Cell, Freezing Point of Zinc	Standard Sprt (Inconel Sheath)	Super Thermometer II
5916A	5680	1590
01-NC-0528	14-0105	21-0023
Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration
460416	2352420	1994390
1/18/2007	5/20/2008	12/17/2007
1/18/2017	5/20/2009	12/17/2008
NIST	NIST	NIST
Propiedad de Davis Calibration		

Trazabilidad externa

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informe:

Termómetro de Resistencia de Platino		
MPC036		
Hart Scientific		
5614-B		
556791		
-200 °C a 500 °C		
± 0,018 °C		
Davis Calibration	Calibración:	Vencimiento:
2509906	2008-07-29	2010-07-29
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Maria Vega

Autorizo: E. Ricaud



Fecha: 2008-08-03

Forma: FMP-156-MPC036