

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC043 ESCUADRA DE PRECISIÓN MITUTOYO 916-407**

CENAM

Descripción:
 Marca:
 No. de serie:
 Informe No.:
 Escala:
 Resolución:
 Incertidumbre:
 Vigencia:
 Certificado:
 Trazabilidad:

Instrumento					
Escuadra	Indicador de Altura	Indicador de Control	Mármol de Referencia	Termómetro	
Mitutoyo	DIGIMESS	Mitutoyo	Mitutoyo	SUPCO	
BC001565	35755	01F115	1218123	800-020-019	
CNM-CC-740-370/2005	DIM-021/06	05 1485	D-345-05	4003/2005	
N/A	mm	mm	N/A	°C	
N/A	0,002	0,0002	Grado 0	0,1	
1	4,8	0,4	3,9	0,51	
10/28/2007	2/13/2006	9/28/2006	10/21/2006	10/26/2007	
CFNAM	CONMED	Mitutoyo	Tec Nova Met	SIMCA	
CENAM	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM	

Propiedad de CONMED GRUPO

Trazabilidad externa

Descripción:
 Clave:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 Alcance:
 Incertidumbre:
 Calibrado por:
 No. de informe:

Escuadra de Precisión		
MPC043		
Mitutoyo		
916-407		
BC001801		
400mm		
4,1 µm		
CONMED	Calibración:	Vencimiento:
DIM-135/06	2006-09-21	2009-09-21

Propiedad de MyPSA

INSTRUMENTO A CALIBRAR