

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC053 COMPARADOR DE BLOQUES PATRÓN MAHR 1292/01**

NIST

Descripción:
Identificación:
Reporte No.:
Calibrado:
Vence:
Trazabilidad a:

Instrumento	
Edmunds 2020 Gageblock Comparador T9	Mitutoyo Master Gr 1 Gage Blk Set @
E952	E540
1000487176	07-54993-A
10/10/2007	10/8/2007
10/8/2007	10/8/2008
NIST	NIST
Propiedad de ESSCO	

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de Bloques Patrón			
MPC032			
Mitutoyo			
516-901-12			
0008603			
4"			
8.3 μ in			
ESSCO	Calibración:	Vencimiento:	
1000512455	2008-04-07	2011-04-07	
Propiedad de MyPSA			

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Comparador de Bloques Patrón			
MPC053			
Mahr			
826			
1292/01			
170mm			
$\pm 0,034 \mu$ in			
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:	
20091982	2009-04-29	2010-04-29	
Propiedad de MyPSA			

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Maria Vega

