

**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**MPC057 REGLA GRADUADA METALICA MITUTOYO 182-309**

**CENAM**

Descripción:  
 No. de serie:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Identificación:  
 Resolución  
 Incertidumbre  
 Vence:  
 No. de certificado:  
 Trazabilidad a:

Instrumento
<b>Banco para Calibración de Medidas y Trazos</b> 17876054 HEIDENHAIN LS603C LMD-20070201-364 0,01 mm $\pm (0,01 + 0,002 * L)$ mm L en m 2/1/2008 CNM-CC-740-68/2007 CENAM
Propiedad de CIDESI

Trazabilidad externa

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

<b>Regla Graduada Metalica</b>
MPC057 Mitutoyo 182-309 N/A 1000mm $\pm (0,150 + 0,018L)$ mm CIDESI      Calibración:      Vencimiento: LDM-071806a      2007-08-29      2009-08-29
Propiedad de MyPSA

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**