

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC065 PUNTA DE ALTA TENSIÓN TEKTRONIX P6015A**

CENAM

Descripción:
No. de control:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Calibrado por:
No. de informe:
Calibración:
Vence:
Incertidumbre:
Descripción:
No. de control:
Marca:
Modelo:
No. de serie:
Calibrado por:
No. de informe:
Calibración:
Vence:
Incertidumbre:

Instrumento		
Fuente de alta tensión	Transformador de tensión	Calibrador
PT-055	PT-056	PT-009
CANHEFERN	Arteche	EDC
CNF-HV	VCL-24	4601
CNF-HV-01	0442020-1	18737
CANHEFERN	CANHEFERN	CANHEFERN
CNFR-AE-13312-01	CNFR-AE-13872-01	CNFR-AE-14367-01
2/10/2007	14/11/2007	20/12/2007
1/10/2008	14/11/2008	19/12/2008
± 0,30 %	± 0,30 %	± 0,055 %
Resistores (CDEFG)		
PT-022		
CADDOCK ELECTRONICS		
THV-10-A100M-1,0-10		
CNF100M/01		
CANHEFERN		
CNFR-AE-14371-01		
20/12/2007		
19/12/2008		
± 0,050%		
Propiedad de CANHEFERN		

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Punta de alta tensión		
MPC065		
Tektronix		
P6015A		
B010512		
0 - 20 kV c.c. y c.a.		
± 3% de lectura		
CANHEFERN	Calibración:	Vencimiento:
CNFR-AE-16608-01	2008-08-22	2010-08-22
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Manuel Vega

Fecha: 2008-08-25

Autorizo: E. Ricaud

Forma: FMP-156-MPC065