

**CARTA DE TRAZABILIDAD  
MPC066 CONTADOR UNIVERSAL HP 53131A**

**NIST**

Trazabilidad externa

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Receptor de GPS		
MPC087		
HP		
Z3801A		
N/A		
10 MHz		
$\pm 6 \times 10^{10}$		
N/A	Calibración:	Vencimiento:
N/A	N/A	N/A
Propiedad de MyPSA		

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Contador Universal		
MPC066		
HP		
53131A		
3546A10432		
0 a 225 MHz		
$\pm 5$ ppm		
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
20090119	2009-01-12	2010-01-12
Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

