CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC067 DÉCADA DE CAPACITANCIA GR 1423A

NIST

	Instrumento
Descripción:	**RLC digibridge**
Marca:	
Modelo:	1689M
Serie:	01-0807
Calibrado por:	NIST
No. de informe:	727367
Calibración:	5/16/2007
Vence:	5/16/2008
Trazabilidad a:	Propiedad de Davis Calibration

Trazabilidad externa

Descripción:	**Capacitor de Extensión de Rango**		
Clave:	MPC069		
Marca:	General Radio		
Modelo:	1615-P1		
Serie:	2548457		
Alcance:	10000pF		
Incertidumbre:	± 0,01%		
Calibrado por:	Davis Calibration	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	2256941	2008-04-07	2010-04-07
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	**Década de Capacitancia**		
Clave:	MPC067		
Marca:	General Radio		
Modelo:	1423A		
Serie:	320		
Alcance:	100 pF a 1,111 µF		
Incertidumbre:	± 0,05%		
Calibrado por:	MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	20093088	2009-07-21	2010-07-21
	Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega Manuel Vega

Autorizo: E. Ricaud

Fecha: 2009-08-19

Forma: FMP-156-MPC067