

**CARTA DE TRAZABILIDAD  
MPC069 CAPACITOR DE EXTENSIÓN DE RANGO GR 1615-P1**

**NIST**

Descripción:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:  
 Calibración:  
 Vence:  
 Trazabilidad a:

Instrumento	
<b>RLC digibridge</b>	
Modelo:	1689M
Serie:	01-0807
Calibrado por:	NIST
No. de informe:	727367
Calibración:	5/16/2007
Vence:	5/16/2008
Propiedad de Davis Calibration	

Trazabilidad externa

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

Capacitor de Extensión de Rango		
Clave:	MPC069	
Marca:	General Radio	
Modelo:	1615-P1	
Serie:	2548457	
Alcance:	10000pF	
Incertidumbre:	± 0,01%	
Calibrado por:	Davis Calibration	Calibración:
No. de informe:	2256941	Vencimiento:
		2008-04-07
		2010-04-07
Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**