

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC071 DÉCADA DE RESISTENCIA GR 1433-G**

NIST

Instrumento					
Descripción:	Calibrador	Estandar de medición de ca	Sintetizador de funciones/generador de barrido		Multímetro digital
Modelo:	4800A	5790A	3324A		3458A
Trazabilidad:	SL215881	SL219600	SL247000		SL250284
Prox. calibración:	31 Jan 2008	31 Dec 2007	29 Dec 2007		31 Jan 2008
Calibrado por:	Agilent	Agilent	Agilent		Agilent
Trazabilidad a:	NIST	NIST	NIST		NIST
Descripción:	Resistencia estándar	Resistencia estándar	10MV divisor	100M divisor	Resistencia estándar
Modelo:	100 M-1	1 G-2	DIV 10MV	DIV 100MV	4020
Trazabilidad:	SL266511	SL266519	SL284992	SL284995	SL285820
Prox. calibración:	5/31/2008	6/30/2008	5/31/2008	5/31/2008	10/31/2008
Calibrado por:	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent
Trazabilidad a:	NIST	NIST	NIST	NIST	NIST
Descripción:	Resistencia estándar	estandar de referencia de cc	Estandar de autocalibración	Set de resistencias de 10 ohms	Set de resistencias de 100 ohms
Modelo:	4221	732A	4708	11101A	11102A
Trazabilidad:	SL286300	SL901007	SL901053	SLHPRESE1	SLHPRESE2
Prox. calibración:	11/30/2008	31 Jan 2008	12 Jan 2008	31 Jan 2008	31 Jan 2008
Calibrado por:	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent
Trazabilidad a:	NIST	NIST	NIST	NIST	NIST
Descripción:	Set de resistencias de 1000 ohms	Set de resistencias de 10K ohms	Set de resistencias de 100K ohms	Set de resistencias de 1M ohms	Set de resistencias de 10M ohms
Modelo:	11103A	11104A	11105A	11106A	11107A
Trazabilidad:	SLHPRESE3	SLHPRESE4	SLHPRESE5	SLHPRESE6	SLHPRESE7
Prox. calibración:	31 Jan 2008	31 Jan 2008	31 Jan 2008	31 Jan 2008	31 Jan 2008
Calibrado por:	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent	Agilent
Trazabilidad a:	NIST	NIST	NIST	NIST	NIST
Propiedad de Agilent					

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Multímetro Digital		
MPC002		
H.P.		
3458A		
2823A12252		
Ver manual del fabricante		
Ver manual del fabricante		
Agilent Tech.	Calibración:	Vencimiento:
46258	2007-12-10	2009-12-10
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Década de Resistencia		
MPC071		
General Radio		
1433-G		
29473		
1,111,111 ohms		
± 0,01 %		
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:
20082408	2008-09-12	2009-09-12
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Manuel Vega