

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC073 TRANSDUCTOR DE PRESIÓN SENSOTEC TJE/708-12**

CENAM

Descripción:

Marca:

Modelo:

Serie:

Calibrado por:

No. de informe:

Calibración:

Vence:

Trazabilidad a:

Instrumento

Balanza de pesos muertos

DH-Instruments

5203

5390

CENAM

CNM-CC-720-205/2005

Jun-05

Jun-07

CENAM

Propiedad de Caltechnix

Trazabilidad externa

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informe:

Balanza de Presión

MPC004

Ametek

HLG-36-1

HL-5418

3035 psi (20,9 Mpa)

0,05 % de lectura

Caltechnix

Calibración:

Vencimiento:

P0564P01

2007-05-11

2009-05-11

Propiedad de MyPSA

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informe:

Transductor de Presión

MPC073

Sensotec

TJE/708-12

309446

0 - 200 PSI (0 - ,379 kPa)

± 0,1% de escala completa

MyPSA

Calibración:

Vencimiento:

20092138

2009-05-11

2010-05-11

Propiedad de MyPSA

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Mariela Vega

Autorizo: E. Ricaud



Fecha: 2009-05-14

Forma: FMP-156-MPC073