

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC077 MANÓMETRO DIFERENCIAL DRUCK DPI 705**

CENAM

Descripción:
Marca:
Modelo:
Serie:
Calibrado por:
No. de informe:
Calibración:
Vence:
Trazabilidad a:

Instrumento
Balanza de Presión
MA-BPM03/05 CENAM CNM-CC-720-341/2007
Propiedad de METAS

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Manómetro Digital						
MPC142 Heise 711B S7-19085 0 - 50psi ± 0,05%						
<table border="0"> <tr> <td>Metas</td> <td>Calibración:</td> <td>Vencimiento:</td> </tr> <tr> <td>MA-P1781/08</td> <td>2008-08-06</td> <td>2010-08-06</td> </tr> </table>	Metas	Calibración:	Vencimiento:	MA-P1781/08	2008-08-06	2010-08-06
Metas	Calibración:	Vencimiento:				
MA-P1781/08	2008-08-06	2010-08-06				
Propiedad de MyPSA						

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Manómetro Diferencial						
MPC077 Druck DPI705 70519034 ± 15 psi 0,1% de escala completa						
<table border="0"> <tr> <td>MyPSA</td> <td>Calibración:</td> <td>Vencimiento:</td> </tr> <tr> <td>20091169</td> <td>2009-03-05</td> <td>2010-03-05</td> </tr> </table>	MyPSA	Calibración:	Vencimiento:	20091169	2009-03-05	2010-03-05
MyPSA	Calibración:	Vencimiento:				
20091169	2009-03-05	2010-03-05				
Propiedad de MyPSA						

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Elaboro: M. Vega

Manuel Vega

Fecha: 2009-03-08

Autorizo: E. Ricaud

Forma: FMP-156-MPC077

