

**CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC085 SENSOR DE POTENCIA HP 8481A**

NIST

Instrumento					
Descripción:	Dual Power Meter	Microwave Network Analyzer	S-Parameter test set	50 ohm Type-N Calibration Kit	Microwave synthesized sweeper
Marca:	438A	8510C	8515A	85032B	8340B
Modelo:	01-0302	01-0307	01-0308	01-1315	07-0178
Serie:	Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration
Calibrado por:	1507864	2192805	2192783	2139552	1319512
No. de informe:	9/8/2007	3/25/2008	3/25/2008	2/27/2008	7/7/2007
Calibración:	9/8/2008	4/24/2009	4/24/2009	2/27/2009	7/7/2008
Vence:	NIST	NIST	NIST	NIST	NIST
Trazabilidad a:					
Descripción:	Signal Generator	Power Sensor	Power Meter	Power Splitter	
Marca:	H.P.	8481A	436A	11667A	
Modelo:	83650A	01-0650	01-0886	01-1596	
Serie:	Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration	Davis calibration	
Calibrado por:	2084058	1431860	2170655	2000354	
No. de informe:	2/3/2008	8/10/2007	3/17/2008	1/6/2008	
Calibración:	2/3/2009	8/10/2008	3/17/2009	1/6/2009	
Vence:	NIST	NIST	NIST	NIST	
Trazabilidad a:					
Propiedad de Davis Calibration					

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Sensor de Potencia		
MPC085		
H.P.		
8481A		
1550A08232		
-30dBm a +20dBm, 10MHz a 18GHz		
± 0,2 dBm		
Davis Calibration	Calibración:	Vencimiento:
2256958	2008-04-09	2010-04-09
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR